

附件二：地方法院檢察署採集尿液應購置必要設備品項

一、器材：

- (一) 尿瓶（容量三〇毫升）：應符合制式化品質規格：瓶身材質為 HDPE 或 PP，瓶蓋材質為 PP，能耐 15Psi 撞擊，安全防漏蓋。
- (二) 尿杯（容量六〇毫升）：應為廣口瓶，附有攝氏三十二度至三十八度。
- (三) 溫度器條碼
- (四) 藍色清潔劑
- (五) 紙杯
- (六) 標籤、封條
- (七) 盲績效檢體
- (八) 硬紙盒（檢體運送使用）
- (九) 工作服（含手套、口罩）

二、設備：

- (一) 採尿室（含雙面鏡或反光鏡等設備）
- (二) 洗手烘乾機
- (三) 採尿等候室（含更衣室、空調及桌椅等設備）
- (四) 監視器（每間採尿等候室二台）
- (五) 電視機（每間採尿等候室一台）
- (六) 錄放影機（每間採尿等候室一台）
- (七) 冰櫃
- (八) 飲水機
- (九) 電腦及印表機
- (一〇) 辦公桌椅及台燈、公文櫃
- (一一) 物品放置架
- (一二) 尿液檢體分裝架